

Zawiercie, dnia 29.12.2020 r.

Dotyczy postępowania nr **192/2020** na **zakup i dostawę ciepłarek laboratoryjnych CLW 53 SMART**
– 2 sztuki, szafy termostatycznej ST 1 C SMART wraz z usługą wzorcowania

Do Zamawiającego wpłynęło pytania:

1. Zamawiający wymaga wzorcowania każdego urządzenia w 5 pkt rozmieszczonych na jednej półce (naroża i środek geometryczny półki) ? - Jeżeli nie proszę o podanie rozmieszczenia punktów w komorze urządzenia.

Proszę o informację w jakich temperaturach na być wzorcowane poszczególne ciepłarki i szafa termostatyczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Pomiar wykonywany w 5 punktach pomiarowych na półce urządzenia (narożna + środek geometryczny), dla dwóch półek równocześnie , w jednej wybranej temperaturze z zakresu +20 do +70 st. C.